VERKORTE HANDLEIDING NOVACARE SMARTLINE TURN



1 CPR connector: deze connector verwijderen van de pomp bij acute situaties waarbij hartmassage nodig is, de matras gaat onmiddellijk plat

2 Aansluiting CPR

3 Kabelbeheer: via deze externe lussen kan de voedingskabel veilig van het voeteinde naar het hoofdeinde geleid worden en vervolgens naar een stopcontact

4 Systeem activeren via power knop (matras begint op te blazen – knipperende LED's gedurende +/-25 minuten - vervolgens patiënt op matrassysteem plaatsen – automatische interne drukafstelling, afhankelijk van het gewicht van de patiënt gedurende ongeveer 30 minuten

5 Druk in matras kan manueel lichtjes verhoogd of verlaagd worden via + of – indien gewenst

6 Selectie modus (standaard is alterneren) : links = care modus (maximaal opgeblazen) / midden= static modus (constant lage druk) / rechts= alternerende modus (1 cel op 2 alterneert (behalve 3 hoofdcellen))



7 In de alternerende modus: 3 cyclustijden: 5, 10 en 15 minuten
In de wisselligging modus: 3 cyclustijden: 30, 60 en 120 minuten

8 Toetsenbordvergrendeling: automatisch na 20 seconden – kan gedeactiveerd worden door 3 seconden op deze knop te drukken

9 Wisselligging modus:– linker zijde + rug / linker zijde + rug + rechter zijde / rechter zijde + rug. De duur per positie is instelbaar in 3 cyclustijden (zie 7)

10 Door 1 of meerdere luchtcellen te verwijderen kunnen afzonderlijke zones worden ontlast Vb. Hielen, aangezicht (buikligging)

